Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

Правила использования

Датчик

Мобильное приложение

- FreeStyle Libre 2
- LibreLinkUp
- LibreView

Правила использования

01 На каких участках тела можно носить датчик?

Датчики можно носить только на задней поверхности руки между плечом и локтем.

02 Требуется ли калибровка системы FreeStyle Libre 2?

Нет, калибровка датчика FreeStyle Libre 2 осуществляется при его производстве, поэтому Вам не нужно выполнять калибровку самостоятельно. Датчик активируется после сканирования и затем, спустя 1 час периода подготовки к работе, начинает автоматически регистрировать показатели глюкозы.

03 Мне все еще необходимо брать кровь из пальца?

Если ваши симптомы не соответствуют показателям глюкозы, измеренным датчиком, или вы подозреваете, что эти показатели недостоверны, проверьте их, выполнив анализ крови из пальца на глюкометре. Если ваши симптомы не соответствуют показателям глюкозы, обратитесь за консультацией к врачу.

04 Как долго можно носить датчик?

Датчик можно носить до 14 дней. Через 14 дней необходимо заменить датчик на новый.

05 Требует ли датчик особого обращения во время путешествий?

Систему FreeStyle Libre 2 можно использовать во время авиаперелетов, но при этом необходимо выполнять все указания экипажа самолета. Некоторые сканеры всего тела в аэропорту генерируют рентгеновские или миллиметровые радиоволны, воздействие которых на датчик не допускается. Воздействие данных сканеров не оценивалось, и их излучение может повредить датчик или привести к неточным результатам. Чтобы не снимать датчик, вы можете попросить пройти другую проверку. Если вы решили пройти сканирование всего тела, снимите датчик. Датчик можно подвергать воздействию общего электростатического (ESD) и электромагнитного (EMI) излучения, в том числе от металлоискателей в аэропортах.

06 Могу ли я проходить с датчиком через досмотровый сканер в аэропорту?

Некоторые сканеры всего тела в аэропорту генерируют рентгеновские или миллиметровые радиоволны, воздействие которых на датчик не допускается. Воздействие данных сканеров не оценивалось, и их излучение может повредить датчик или привести к неточным результатам. Чтобы не снимать датчик, вы можете попросить пройти другую проверку. Если вы решили пройти сканирование всего тела, снимите датчик. Датчик можно подвергать воздействию общего электростатического (ESD) и электромагнитного (EMI) излучения, в том числе от металлоискателей в аэропортах.

07 Приходится ли пользователям снимать датчик во время МРТ/КТ-исследования?

Датчик необходимо снять перед проведением магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ).

08 Можно ли прикреплять датчик на кожу с нанесенной татуировкой?

Да, какого-либо взаимодействия между краской для татуировки и датчиком не ожидается. Не рекомендуется прикреплять датчик в области с рубцами и родинками, растяжками или припухлостями.

09 Какие устройства работают с приложением FreeStyle Libre 2[1]?

Руководство по совместимости с мобильными устройствами и операционными системами можно посмотреть по ссылке.

10 Что такое технология NFC (near-field communication) и как узнать, есть ли она в моем телефоне?

NFC — это технология беспроводной коммуникации, которая позволяет датчикам FreeStyle Libre 2 осуществлять беспроводную передачу данных на другое устройство. Чтобы узнать, есть ли в вашем телефоне технология NFC, ознакомьтесь с инструкцией к вашему устройству.

11 Почему оповещения являются опциональными?

Не всем пациентам нужны сигналы тревоги об уровне глюкозы. Система FreeStyle Libre 2 предлагает сигналы тревоги для тех, кто в них нуждается или желает их использовать. Пациенты могут отключить сигналы тревоги об уровне глюкозы, если они им не нужны.

12 Сколько сигналов тревоги в системе FreeStyle Libre 2?

Система FreeStyle Libre 2 имеет 3 сигнала тревоги:

- Сигнал о низком уровне глюкозы — сигнал тревоги предупреждает о том, что уровень глюкозы в интерстициальной жидкости ниже установленного вами уровня.
- Сигнал о высоком уровне глюкозы — сигнал тревоги предупреждает о том, что уровень глюкозы в интерстициальной жидкости выше установленного вами уровня.
- Сигнал о потере связи — сигнал тревоги предупреждает о том, что датчик не обменивается данными с приложением в течение 20 минут, и что вы не будете получать сигналы тревоги о низком и/или высоком уровне глюкозы.

13 Существуют ли какие-то другие приложения, одобренные для использования с датчиками FreeStyle Libre 2?

Нет, только приложение FreeStyle Libre 2[1] совместимо с датчиками FreeStyle Libre 2, и только оно было протестировано компанией Abbott на совместимость с датчиками FreeStyle Libre 2.

14 Нужно ли при использовании передачи данных об уровне глюкозы в реальном времени по-прежнему сканировать, чтобы запустить новый датчик FreeStyle Libre 2?

Да, по-прежнему необходимо сканировать новый датчик FreeStyle Libre 2 для его активации с помощью приложения FreeStyle Libre 2[1].

15 Могут ли пользователи по-прежнему сканировать датчик для получения данных об уровне глюкозы при использовании передачи данных в реальном времени?

Да. Сканирование датчика FreeStyle Libre 2 с помощью приложения FreeStyle Libre 2[1] по-прежнему возможно, даже если пользователь использует обновленное приложение с передачей данных об уровне глюкозы в реальном времени.

16 На каком расстоянии возможна передача данных с датчика для получения сигналов об уровне глюкозы и/или данных об уровне глюкозы в реальном времени?

Датчик должен находиться в пределах 6 метров от устройства (при отсутствии преград).

17 Как восполнить недостающие данные?

Если пользователь обнаружил пробел в данных на графике об уровне глюкозы, он может просканировать датчик FreeStyle Libre 2 с помощью приложения FreeStyle Libre 2[1], чтобы восстановить и заполнить данные за последние 8 часов.

18 Предупредит ли приложение о том, что есть пробелы в данных?

Да, при появлении на графике разрыва более 2 часов однократно для каждого датчика приложение будет демонстрировать подсказку о необходимости отсканировать датчик для заполнения разрыва в данных.

19 Сколько часов данных можно восстановить с помощью сканирования, если датчик и приложения не будут связываться?

Пользователи могут сканировать в любое время, чтобы восстановить данные за последние 8 часов.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (MyaCnet) либо LibreLink совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверьте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2, требуется регистрация в аккаунте LibreLink. 2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверьте на сайте www.libreup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 3 требует регистрации в аккаунте. Необходимо приглашение LibreLinkUp на предоставление для использования в качестве основного средства мониторинга. Приходит как дата, медицинские замечания или корректировка, перенос на основании информации, полученной от приложения, пользователем должны обращаться с оценку к медицинскому специалисту. Не предназначено для использования в экстренных ситуациях.
3. Сайт СинТеч (ЛибреЛинк) совместимы с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.libreup.ru.

© Свидетельство на товарные знаки № 825789 от 14.11.2014.
© 2003-2024гг. Сайт юридического представителя производителя FreeStyle Libre* в России. Предназначен только для, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лаборатиз», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746819568.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №ФСР 2019/8754 от 25.11.2022 (видео-взаимо РУ №ФСР 2019/8754 от 11.12.2020). Товар подлежит к продаже с 01.01.2020.
Системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №ФСР 2020/10486 от 25.11.2022 (видео-взаимо РУ №ФСР 2020/10486 от 29.01.2020).
Фирма-изготовитель для системы FreeStyle Libre 2 (совместимые с ними сенсоры, приемники, сенсоры, сенсоры, приемники) Abbott. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по применению. (Фирма-изг. Для Абботт Лаборатиз Ирландия Лимитед Ирландия, Ирл.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

Правила использования

Датчик

Мобильное приложение

- FreeStyle Libre 2
- LibreLinkUp
- LibreView

Датчик

01 На каких участках тела можно носить датчик?

Датчики можно носить только на задней поверхности руки между плечом и локтем.

02 Как долго можно носить датчик?

Датчик можно носить до 14 дней. Через 14 дней необходимо заменить датчик на новый.

03 Как часто датчик FreeStyle Libre 2 передает данные об уровне глюкозы на мой смартфон?

Датчик FreeStyle Libre 2 измеряет и передает данные об уровне глюкозы на ваш смартфон в приложение FreeStyle Libre 2[1] каждую минуту. Каждую минуту вы будете видеть обновлённые результаты уровня глюкозы.

04 Как часто система FreeStyle Libre 2 проверяет мой уровень глюкозы, чтобы определить необходимость отправки сигналов тревоги?

Система FreeStyle Libre 2 каждую минуту определяет необходимость отправки сигналов тревоги об опасно низком и высоком уровне глюкозы.

05 Как я узнаю, что датчик работает корректно?

Если датчик перестанет работать по какой-либо причине, в приложении FreeStyle Libre 2[1] появится сообщение об ошибке, указывающее пользователю на необходимость замены датчика. Если ваши симптомы не соответствуют показателям глюкозы, измеренным датчиком, или вы подозреваете, что эти показатели недостоверны, проверьте их, выполнив анализ крови из пальца на глюкометре. Если ваши симптомы не соответствуют показателям глюкозы, обратитесь за консультацией к врачу.

06 Что происходит с датчиком по истечении 14-дневного периода использования?

По истечении 14 дней ношения датчика приложение FreeStyle Libre 2[1] уведомит вас об окончании срока использования датчика. Чтобы продолжать использовать систему FreeStyle Libre 2, необходимо установить новый датчик.

07 Могу ли я принимать ванну, душ, плавать или заниматься спортом во время ношения датчика?

Да. Датчик можно носить во время приема ванны, душа, плавания или физических упражнений. Не погружайте датчик FreeStyle Libre 2 в воду на глубину более 1 метра и не держите его под водой дольше 30 минут.

08 Как часто датчик FreeStyle Libre 2 регистрирует и сохраняет показатели глюкозы?

Датчик FreeStyle Libre 2 автоматически измеряет уровни глюкозы в интерстициальной жидкости каждую минуту и сохраняет показания с 15-минутными интервалами в течение 8 часов. Каждую минуту данные с датчика FreeStyle Libre 2 автоматически передаются в приложение FreeStyle Libre 2[1].

09 Какой размер датчика FreeStyle Libre 2?

Датчик FreeStyle Libre 2 имеет высоту 5 мм и диаметр 35 мм.

10 Каким образом датчик замеряет уровень глюкозы в организме?

При установке гибкий кончик датчика вводится под кожу на глубину от 2 до 7 мм и измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости.

11 Остается ли точность показаний датчика FreeStyle Libre 2 постоянной на протяжении 14-дневного периода ношения?

Точность показаний датчика FreeStyle Libre остается постоянной в период срока его эксплуатации, то есть до 14 дней.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (Либребьюс).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (Либребьюс) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

© Свидетельство на товарный знак № 526789 от 14.11.2014.
© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лабораторис», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6754 от 23.11.2020 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6754 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2022/16406 от 24.01.2022).
Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

- Правила использования
- Датчик
- Мобильное приложение
- **FreeStyle Libre 2**
- LibreLinkUp
- LibreView

FreeStyle Libre 2[1]

01 Что представляет собой мобильное приложение FreeStyle Libre 2[1]?

Приложение FreeStyle Libre 2[1] позволяет получать данные с датчика с помощью iPhone или телефона на Android, чтобы контролировать уровень глюкозы без постоянных проколов пальца. При использовании датчика вместе с совместимым телефоном, на котором установлено приложение FreeStyle Libre 2, данные об уровне глюкозы отображаются непосредственно на экране телефона.

02 Что происходит с приложением FreeStyle Libre 2[1] при перемещении в другой часовой пояс или изменении времени на телефоне?

При переле в другой часовой пояс вы можете изменить настройки времени и даты в телефоне, нажав символ «Настройки» на главном экране, а затем перейдя в раздел «Время и дата». Изменение времени и даты влияет на графики и статистические показатели.

03 Можно ли использовать приложение FreeStyle Libre 2[1] для получения данных об уровне глюкозы с датчика другого человека?

Приложение FreeStyle Libre 2[1] предназначено для единоразового использования только с одним датчиком (и одним человеком). Каждая учетная запись в приложении привязана к одному смайлу. Однако пациенты, использующие приложение FreeStyle Libre 2[1], могут делиться данными со своими родственниками, друзьями и лицами, осуществляющими уход, если они используют отдельное приложение под названием LibreLinkUp[2]. Приложение LibreLinkUp[2] позволяет лицам, осуществляющим уход, выполнять дистанционный мониторинг показаний уровня глюкозы, полученных их близкими.

04 Могу ли я восстановить пароль от FreeStyle Libre 2[1], если забыл (-а) его?

После установки приложения FreeStyle Libre 2[1] нажмите «Войти». Затем нажмите «Забыли пароль?». Введите адрес электронной почты, который использовался для создания учетной записи, и следуйте инструкциям на экране. Вы получите электронное письмо со ссылкой для изменения пароля. Перейдите по ссылке для создания нового пароля, затем войдите в свою учетную запись с помощью нового пароля.

05 Как получить доступ к отчетам об уровне глюкозы в приложении FreeStyle Libre 2[1]?

Приложение содержит серию отчетов, в которых отображаются тенденции и закономерности по уровню глюкозы. Выберите необходимый вам отчет в Главном меню.

06 Приложение FreeStyle Libre 2[1] работает в режиме полета?

Да. Если Вы используете телефон на ОС Android, потребуется зайти в настройки телефона и повторно активировать модуль NFC, когда телефон находится в режиме полета. Вы можете выполнить сканирование с помощью смартфона iPhone в режиме полета, нажав одну из кнопок сканирования в приложении, чтобы перевести телефон в режим готовности к сканированию.
ВАЖНО: Оповещения об уровнях глюкозы не будут отправляться, пока телефон находится в режиме полета, если не включен Bluetooth.

07 Существуют ли какие-то другие приложения, одобренные для использования с датчиками FreeStyle Libre 2?

Нет, только приложение FreeStyle Libre 2[1] совместимо с датчиками FreeStyle Libre 2, и только оно было протестировано компанией Abbott на совместимость с датчиками FreeStyle Libre 2.

08 Могу ли я удаленно делиться данными о глюкозе с родственниками и близкими людьми?

Если Вы используете мобильное приложение FreeStyle Libre 2[1] для мониторинга уровня глюкозы, то можете пригласить родственников/ухаживающих лиц для удаленного просмотра Ваших данных об уровне глюкозы в любое время с помощью приложения LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп)[2].

09 Приложение FreeStyle Libre 2[1] может привести к более быстрой разрядке батареи телефона?

Нет, приложение FreeStyle Libre 2[1] может использоваться так часто, как Вы хотите, и не должно оказывать заметного воздействия на работу батареи в рамках обычного использования.

10 Как чтение вслух работает в обновленном приложении FreeStyle Libre 2[1]?

Для пользователей, кто использует преобразование текста в речь в приложении FreeStyle Libre 2[1], сканирования датчика или нажатие на значение уровня глюкозы на главном экране озвучат следующее:
- Числовое значение и единицы измерения текущего уровня глюкозы
- Направление стрелки тенденции
- Находится ли значение в диапазоне, выше или ниже него
- Сообщения об ошибках при работе с датчиком

11 Какая информация отображается на Главном экране при использовании датчика FreeStyle Libre 2[1]?

Главный экран включает следующую информацию:
- Значение уровня глюкозы в большом времени
- График за последние 8 часов
- Кнопка «Добавить примечание»
- Стрелка тенденции

12 Какая информация появляется в примечании при нажатии «Добавить примечание» на Главном экране?

При добавлении примечания будет зафиксировано значение уровня глюкозы, а также можно добавить все сведения о примечании, такие как «Прием пищи» и/или «Инсулин быстродействующего действия» и/или «Физ. нагрузка» и любой произвольный комментарий.

13 Можно ли редактировать Примечание на Главном экране?

Да, пользователи могут редактировать примечания на Главном экране, нажав кнопку «Редактировать примечание», выбрав примечание и нажав на значок карандаша чтобы исправить любую ранее записанную информацию. Кнопка «Редактировать примечание» появится на Главном экране после того, как примечание добавлено и пока значение глюкозы актуально.

14 Какая информация отображается в отчете Журнал?

В Журнале можно посмотреть следующую информацию:
- Примечания:
— Прием пищи
— Инсулин быстрого действия
— Инсулин короткого действия
— Физ. нагрузка
— Комментарии
- Значения уровня глюкозы, полученные с помощью сканирования

15 Можно ли удалить примечание из отчета Журнал?

Да. Пользователи могут удалять любые примечания, добавленные в Журнал

16 Будут ли пользователи видеть в Журнале значения уровня глюкозы, полученные в реальном времени?

В Журнале отображаются только значения уровня глюкозы, полученные с помощью сканирования. Пользователи, которые хотят, чтобы их значения уровня глюкозы отображались в Журнале, должны проводить сканирование датчика.

17 Отображаются ли сигналы тревоги в отчете Журнал?

Нет. Сигналы тревоги не отображаются в отчете Журнал.

18 Что будет, если удалить Примечание из Журнала?

Если Примечание относится к значению уровня глюкозы, полученному с помощью сканирования:

- Примечание удалится, но значение уровня глюкозы, полученное с помощью сканирования, останется в Журнале.

Если Примечание добавлено к значению уровня глюкозы, полученного в реальном времени:

- Примечание и значения уровня глюкозы удалятся из Журнала.

19 Значения уровня глюкозы, полученные в реальном времени, отображаются на графиках в приложении FreeStyle Libre 2[1] каждую минуту или с интервалом в 15 минут?

Графики обновляются каждые 15 минут. Но значения уровня глюкозы в реальном времени на Главном экране отображаются каждую минуту.

20 Я получил сообщение о потере сигнала, что это значит и что мне нужно сделать?

Когда вы получили сообщение о потере сигнала, это означает, что датчик не связывается с приложением в течение 20 минут. Вы должны убедиться, что телефон находится на расстоянии не более 6 метров от датчика. Попробуйте просканировать датчик, чтобы получить значения уровня глюкозы с датчика. Затем попробуйте выключить и выключить Bluetooth. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон. Если описанное выше не помогает, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки

21 Я получил сообщение Ошибка датчика, что это означает и что мне нужно сделать?

Если вы получили сообщение Ошибка датчика, это означает, что датчик не может измерить уровень глюкозы. Повторите проверку еще раз через 10 минут. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь на Горячую Линию по телефону 8-800-100-88-07 (ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени, без выходных).

22 Как я могу отправить мои данные об уровне глюкозы врачу?

Для обмена данными ваш врач может:
- отправить вам электронное сообщение через LibreView (ЛибреВью)[3] с приглашением к обмену данными

или
- предоставить вам уникальный идентификатор медицинского учреждения

Если врач отправил вам электронное сообщение, вы можете нажать ссылку в этом электронном сообщении, чтобы начать обмениваться данными. Если врач предоставляет вам идентификатор медицинского учреждения, вам потребуется перейти в приложение FreeStyle Libre 2[1] в разделе Подключенные приложения — LibreView[3] и ввести идентификатор в поле Подключиться к медицинскому учреждению.

23 Что такое амбулаторный гликемический профиль?

График амбулаторного гликемического профиля (AGP), содержащийся в нескольких отчетах, является визуальным отображением изменения уровня глюкозы с течением времени. Данные об уровне глюкозы с датчика за 14 или более дней объединяются и выстраиваются в один суточный график. Благодаря подобному представлению данных вы можете выявить тенденции, характерные для определенного времени дня.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1 Приложение FreeStyle Libre 2 Abbott Laboratories только с совместимыми мобильными устройствами и операционными системами. Проверьте на сайте производителя с совместимостью и/или перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в Приложении FreeStyle Libre 2 и/или в Приложении LibreLinkUp. Для использования Приложения FreeStyle Libre 2 и/или Приложения LibreLinkUp необходимо иметь учетную запись в Интернете и мобильное устройство с доступом в Интернет. Для использования Приложения LibreLinkUp и/или FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в Приложении FreeStyle Libre 2 и/или Приложении LibreLinkUp. Для использования Приложения LibreLinkUp необходимо иметь учетную запись в Интернете и мобильное устройство с доступом в Интернет. Для использования Приложения FreeStyle Libre 2 и/или Приложения LibreLinkUp необходимо иметь учетную запись в Интернете и мобильное устройство с доступом в Интернет. Для использования Приложения LibreLinkUp и/или FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в Приложении FreeStyle Libre 2 и/или Приложении LibreLinkUp.
2 Приложение LibreLinkUp доступно в ограниченном количестве стран. Проверьте доступность на сайте производителя.
3 Доступно только в ограниченном количестве стран. Проверьте доступность на сайте производителя.

© Авторское право на материал принадлежит Abbott Laboratories и/или Abbott Diabetes Care Inc. Торговые марки, названия и логотипы FreeStyle Libre, Libre, Abbott, Abbott Diabetes Care, Inc., LibreLinkUp, LibreView, Abbott Laboratories, Inc., Abbott Diabetes Care, Inc. и LIFE FOR DIABETES являются собственностью компании Abbott Laboratories или ее аффилированных лиц в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Все остальные торговые марки принадлежат их соответственным владельцам. Все права защищены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

- Правила использования
- Датчик
- Мобильное приложение
  - FreeStyle Libre 2
  - **LibreLinkUp**
  - LibreView

LibreLinkUp[2]

01 Что такое приложение LibreLinkUp[2] и как оно работает совместно с приложением FreeStyle Libre 2[1]?

Приложение LibreLinkUp[2] — это сопутствующее приложение для приложения FreeStyle Libre 2[1], которое позволяет настроить автоматическую передачу результатов измерения уровня глюкозы близким и родным пациента в режиме реального времени. Для отправления и получения данных об уровне глюкозы вы и ваш близкий человек должны иметь подключение к интернету. Чтобы добавить подключение LibreLinkUp[2] через приложение FreeStyle Libre 2[1], просто нажмите на кнопку Подключенные приложения в главном меню и следуйте инструкциям на экране.

02 Как работает приложение LibreLinkUp[2]?

Пациент, использующий датчик FreeStyle Libre 2 получает данные об уровне глюкозы в приложении FreeStyle Libre 2[1]. Данные передаются в облако LibreView[3], которое отправляет их пользователю приложения LibreLinkUp[2], отслеживающему такие данные.

03 Нужно ли подключение к Интернету для использования приложения LibreLinkUp[2]?

Да, для получения данных о глюкозе и уведомлений вам и подключенному пользователю необходимо подключение к Интернету.

04 Пользователи LibreLinkUp[2] получают те же сигналы тревоги, что и пользователи FreeStyle Libre 2[1]?

Если пациент использует датчик FreeStyle Libre 2, пользователи LibreLinkUp[2] могут получать сигналы тревоги о высоком и низком уровне глюкозы, если включена функция передачи данных. Сигналы тревоги могут не приходить в приложение LibreLinkUp[2] в следующих случаях:

- У пациента отсутствует активный датчик FreeStyle Libre 2.
- Наблюдается потеря связи датчика FreeStyle Libre 2 с приложением.
- Имеет место сбой в работе сервиса, который препятствует выгрузке данных об уровне глюкозы из приложения FreeStyle Libre 2[1] в LibreView[3].

05 Могу ли я удаленно делиться данными о глюкозе с родственниками и близкими людьми?

Если Вы используете мобильное приложение FreeStyle Libre 2[1] для мониторинга уровня глюкозы, то можете пригласить родственников/ухаживающее лицо для удаленного просмотра Ваших данных об уровне глюкозы в любое время с помощью приложения LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп)[2].

06 Данные скольких человек я могу отслеживать в приложении LibreLinkUp[2]?

Через ваше приложение LibreLinkUp[2] вы можете отслеживать данные не более 20 (двадцати) пользователей приложения FreeStyle Libre 2[1]. То же самое касается пользователей приложения FreeStyle Libre 2[1]. Они могут передавать данные об уровне глюкозы не более 20 (двадцати) пользователям LibreLinkUp[2].

07 Какую информацию я могу видеть в приложении LibreLinkUp[2]?

Вы увидите текущий показатель глюкозы подключенного пользователя и стрелку тенденции, которая отражает направление изменения уровня глюкозы, а также будете получать уведомления о сигналах тревоги.

08 Где в приложении LibreLinkUp[2] я могу просмотреть предыдущие данные об уровне глюкозы подключенного пользователя?

На главном экране приложения LibreLinkUp[2] вы увидите историю показателей уровня глюкозы подключенного пользователя за последние 12 часов. В журнале вашего приложения вы увидите данные и уведомления о сигналах тревоги за последние 2 недели.

09 Как подключить мое приложение LibreLinkUp[2] к приложению FreeStyle Libre 2[1] пользователя?

Человек, данные которого вы хотите отслеживать, отправляет вам приглашение из приложения FreeStyle Libre 2[1]. Вы можете попросить его открыть приложение FreeStyle Libre 2[1] и выполнить следующие действия:

1. Нажмите на значок меню или профиля.
2. Выберите «Подключенные приложения».
3. В строке LibreLinkUp нажмите «Управление».
4. Выберите «Добавить подключение».
5. Введите данные о пользователе LibreLinkUp.
6. Нажмите «Добавить», чтобы отправить приглашение.

После отправления приглашения из приложения проверьте свою электронную почту. Затем следуйте инструкциям по скачиванию приложения LibreLinkUp[2] и регистрации учетной записи. Затем войдите в приложение LibreLinkUp[2] и примите приглашение.

10 Как в приложении LibreLinkUp[2] работают сигналы тревоги для контактов, получающих данные об уровне глюкозы в реальном времени?

Когда значение уровня глюкозы пользователя приложения FreeStyle Libre 2[1] (контакта) пересекает границу сигнала тревоги, установленную пользователем приложения LibreLinkUp[2], пользователь LibreLinkUp[2] получит пуш-уведомление. Уведомлением с сигналом тревоги будет повторяться каждые 5 минут до тех пор, пока:

- не будет отклонено ухаживающим лицом
- или уровень глюкозы пользователя приложения FreeStyle Libre 2[1] перестанет выходить за пределы пороговых уровней сигналов тревоги

11 Как пользователям LibreLinkUp[2] настроить Уведомления о сигналах тревоги для контактов, получающих значения уровня глюкозы в реальном времени?

Пользователи LibreLinkUp[2] могут настроить Уведомления о сигналах тревоги, выполнив следующие действия:

- Нажать на иконку Настройки в приложении
- Нажать на Сигнал о низком и/или высоком уровне глюкозы
- Включить Сигнал о низком и/или высоком уровне глюкозы
- Нажать «Получать уведомление каждый раз, когда уровень глюкозы ниже/выше»
- Установить значение уровня глюкозы для сигнала
- Нажать «Сохранить»

12 Что из себя представляет функция «Нет последних данных» в настройках уведомлений в приложении LibreLinkUp[2]?

Функция «Нет последних данных» позволяет пользователям LibreLinkUp[2] получать уведомления о том, что им в течение определенного времени не приходят значения уровня глюкозы от подключенного контакта.

Параметр «Нет последних данных» по умолчанию отключен.

Пользователь может включить параметр «Нет последних данных», выполнив следующие действия:

- Нажмите на иконку настройки уведомлений
- Выберите «Нет последних данных»
- Установите желаемый временной диапазон (5-60 минут, с шагом в 5 минут)
- Нажмите «Сохранить»

13 Какой диапазон устанавливается по умолчанию при включении параметра «Нет последних данных»?

По умолчанию устанавливается диапазон в 20 минут. Его можно настроить от 5 до 60 минут с шагом в 5 минут.

14 Может ли пользователь приложения FreeStyle Libre 2[1] прекратить передачу своих данных об уровне глюкозы подключенному пользователю приложения LibreLinkUp[2]?

Да, пользователи приложения FreeStyle Libre 2[1] могут прекратить обмен данными об уровне глюкозы в любое время, выполнив следующие действия в своем приложении:

1. Нажмите на навигационное меню.
2. Выберите «Подключенные приложения».
3. В строке LibreLinkUp нажмите «Управление».
4. Выберите имя подключенного пользователя, с которым хотите прекратить обмен данными.
5. Нажмите кнопку «Остановить обмен данными».

Пользователь больше не будет получать данные о вашем уровне глюкозы или уведомления в своем приложении LibreLinkUp[2]. Его имя также исчезнет из списка подключений в вашем приложении FreeStyle Libre 2[1].

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

ФСЗ.2012.012.Rev.A. Сверстан июнь 8/2018 г. 10.11.2014.

© 2020-Эйбботт. Сайт официального представительства производителя FreeStyle Libre в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 220-Эйбботт Лабораторз., 100171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, СУТР-10777461/0000

Система Libre мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2016/4459 от 21.11.2022 бессрочно; РУ №РЗН 2016/4459 от 11.10.2023. Товар надлежащего качества; 2.12.2020.

Система Libre мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16436 от 25.11.2022 бессрочно; РУ №РЗН 2022/16436 от 24.04.2023.

Фирма-изгото-витель FreeStyle, Libre и логотипы с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store является торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

- Правила использования
- Датчик
- Мобильное приложение
  - FreeStyle Libre 2
  - LibreLinkUp
  - **LibreView**

LibreView[3]

01 Как система LibreView (ЛибреВью)[3] поможет мне?

Отчеты об уровне глюкозы LibreView (ЛибреВью)[3] можно использовать для более простого выявления тенденций и закономерностей в данных об уровне глюкозы. Например, вы можете обнаружить, что в определенное время дня ваш уровень глюкозы всегда стремится к увеличению или уменьшению. Кроме того, LibreView (ЛибреВью)[3] позволяет быстро и легко обмениваться данными об уровне глюкозы с вашим врачом, чтобы более эффективно обсуждать лечение сахарного диабета.

02 Что такое LibreView[3] и как она работает с приложением FreeStyle Libre 2[1]?

LibreView[3] — это облачная система для управления диабетом, разработанная компанией Abbott. LibreView[3] представляет собой безопасное хранилище для данных из вашего приложения FreeStyle Libre 2[1], которое позволяет вам при необходимости легко делиться данными об уровне глюкозы с лечащим врачом. Данные автоматически загружаются в LibreView[3], когда ваш телефон подключен к интернету.

03 Могу ли я передать мои данные из системы FreeStyle Libre 2 моему лечащему врачу?

Вам рекомендуется передавать ваши данные лечащему врачу, чтобы он помог Вам лучше управлять своим диабетом. С помощью LibreView[3] Вы можете автоматически передавать ваши данные своему лечащему врачу, связав Вашу учетную запись LibreView[3] с его медицинским учреждением. Кроме того, Вы можете направлять Ваши отчеты на свой адрес электронной почты или распечатывать их в формате PDF, чтобы передать вашему врачу на приеме.

04 Как я могу поделиться данными об уровне глюкозы с лечащим врачом?

Для того, чтобы поделиться данными об уровне глюкозы с лечащим врачом, Вам необходимо знать уникальный идентификатор медицинского учреждения вашего врача. Если Вы используете приложение FreeStyle Libre 2[1], откройте приложение, зайдите в раздел Главное меню и нажмите Подключенные приложения. Здесь Вы можете связать свою учетную запись LibreView[3] с учетной записью медицинского учреждения Вашего врача в LibreView[3].

05 Платформа LibreView[3] работает с инсулиновыми помпами?

В настоящее время платформа LibreView[3] не поддерживает инсулиновые помпы.

06 Как выгружать данные об уровне глюкозы в LibreView[3]?

Ваши данные автоматически выгружаются в LibreView[3] каждую минуту и при сканировании датчика FreeStyle Libre 2.

07 Сколько стоит LibreView[3]?

Система LibreView[3] является бесплатной. Плата за начало использования и платная подписка отсутствуют.

08 Можно ли увидеть в LibreView[3] мои данные из приложения FreeStyle LibreLinkUp[2], если я перешел на приложение FreeStyle Libre 2[1]?

Да, если вы используете приложение FreeStyle Libre 2[1] и вошли в него с тем же логином и паролем, который ранее использовали в приложении FreeStyle LibreLinkUp[2] то, зайдя в LibreView[3] под логином и паролем, которые вы используете для входа в приложение FreeStyle Libre 2[1], вы увидите отчеты в том числе и из приложения FreeStyle LibreLinkUp[2]. Просим вас учесть, что в облачное хранилище LibreView[3] рекомендуется заходить с компьютера, отвечающего минимальным системным требованиям.

09 Как начать использовать LibreView[3]?

Система LibreView (ЛибреВью)[3] является бесплатной, чтобы начать работать с ней, потребуется всего несколько минут.
Учетная запись пациента в LibreView (ЛибреВью)[3] совместима только с системами для контроля уровня глюкозы производства Подразделения средств диагностики диабета компании Abbott. Если для мониторинга уровня глюкозы вы используете FreeStyle Libre 2 (Фристайл Либре Два)[1], ваши данные автоматически загружаются в LibreView (ЛибреВью)[3] каждую минуту и при сканировании датчика FreeStyle Libre 2. Вы можете выполнять вход на сайте с помощью тех же регистрационных данных, которые используются в приложении FreeStyle Libre 2 (Фристайл Либре Два)[1].
Более подробная информация представлена на сайте.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (ЛибреВью).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинское заключение или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

® Свидетельство на товарный знак №526789 от 14.11.2014.
© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6764 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6764 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2020/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2020/16406 от 24.01.2020).
Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

Дополнительные вопросы

Заказ на маркетплейсах

Приобретение

Гарантия

Заказ на маркетплейсах

01 На каких маркетплейсах можно приобрести систему FreeStyle Libre 2?

Систему FreeStyle Libre 2 можно приобрести на маркетплейсах, узнайте подробнее по ссылке. Обращайте внимание на официальные артикулы FreeStyle Libre 2, размещенные на сайте freestylediabetes.ru.

02 Как совершить заказ на маркетплейсах?

Для того, чтобы приобрести систему FreeStyle Libre 2, вам необходимо перейти на страницу соответствующего товара, добавить его в корзину и выбрать удобный способ доставки. Уточните доступность к заказу системы FreeStyle Libre 2, перейдя по ссылке. Обращайте внимание на официальные артикулы FreeStyle Libre 2, размещенные на сайте freestylediabetes.ru.

03 Можно ли связаться со службой поддержки маркетплейса в случае возникновения проблем с доставкой?

Можно. После оформления заказа вам станет доступен чат с поддержкой: сотрудники маркетплейса помогут решить любой возникший вопрос и разобраться в проблеме.

04 Как оставить отзыв на товар?

Получив товар, вы можете поставить оценку и написать отзыв с помощью специальной функции на сайте или в мобильном приложении маркетплейса, где был приобретен датчик. При желании можно также добавить фотографию товара. Отзыв будет доступен для просмотра другим пользователям. Мы всегда рады обратной связи!

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (ЛибреВью).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству и/или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

® Свидетельство на товарный знак № 526789 от 14.11.2014.
© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6764 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6764 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2022/16406 от 24.01.2022).
Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

Дополнительные вопросы

- Заказ на маркетплейсах
- **Приобретение**
- Гарантия

Приобретение

01 Сколько стоит система FreeStyle Libre 2?

Стоимость датчика может варьироваться в зависимости от маркетплейса. Подробнее с условиями покупки можно ознакомиться на сайтах официальных партнеров, указанных по ссылке.

02 В каких регионах РФ доступно приобретение системы FreeStyle Libre 2?

Доставка FreeStyle Libre 2 возможна в большинстве регионов. При заказе на маркетплейсах необходимо указать адрес, и система проверит возможность доставки.

03 Где и как можно приобрести систему FreeStyle Libre 2?

Систему FreeStyle Libre 2 можно приобрести на маркетплейсах, узнайте подробнее по ссылке. Обращайте вниманиена официальные артикулы FreeStyle Libre 2, размещенные на сайте freestylediabetes.ru.

04 Возможно ли приобрести систему FreeStyle Libre 2 вне территории РФ?

Система FreeStyle Libre 2 представлены во многих странах мира. При приобретении системы важно обращать внимание на то, где планируется ее использование, т.к, на территории РФ поддержка доступна только для устройств, приобретенных у официальных партнеров, указанных по ссылке, а также полученных по программе льготного обеспечения.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (ЛибреВью).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

® Свидетельство на товарный знак №526789 от 14.11.2014.
© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6764 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6764 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2022/16406 от 24.01.2022).
Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Система FreeStyle Libre 2

Покупка устройства

Дополнительные вопросы

Заказ на маркетплейсах

Приобретение

Гарантия

Гарантия

01 Куда обратиться для получения гарантийной поддержки или консультации?

Гарантийная поддержка доступна только для устройств, приобретенных на территории РФ у официальных партнеров, указанных по ссылке.
Для получения поддержки или консультации по имеющимся вопросам свяжитесь со службой поддержки по телефону 8-800-100-88-07 (ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных по московскому времени).

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (ЛибреВью).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству и\или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

® Свидетельство на товарный знак № 526789 от 14.11.2014.

© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лэбораториз». 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6764 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6764 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2022/16406 от 24.01.2022).

Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Телефон горячей линии
(ежедневно с **8.00 до 20.00** по московскому времени, без выходных)

8-800-100-88-07

Чем можем вам помочь?

Введите свой вопрос...

Покупка устройства

Узнать больше о системе FreeStyle Libre 2

Дополнительные вопросы

Дополнительные вопросы

01 Есть ли различия между измерениями уровня глюкозы в межклеточной жидкости и в крови?

Между изменением уровня глюкозы в крови и в межклеточной жидкости может наблюдаться физиологическая задержка по времени, особенно в случае резких перепадов уровня глюкозы. Тем не менее данные датчика могут использоваться для принятия терапевтических решений, в том числе для расчета дозы инсулина.

02 Как система FreeStyle Libre 2 измеряет уровень глюкозы?

Для измерения уровня глюкозы на задней поверхности руки между плечом и локтем устанавливается датчик. При установке гибкий кончик датчика вводится под кожу на глубину от 2 до 7 мм и измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости. Период ношения одного датчика составляет до 14 дней.

03 Можно ли использовать систему FreeStyle Libre 2 детям?

Система FreeStyle Libre 2 предназначена для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у лиц в возрасте от 4 лет и старше, страдающих сахарным диабетом. Система FreeStyle Libre 2 может использоваться для детей в возрасте 4-12 лет при условии, что они находятся под наблюдением лица не моложе 18 лет, осуществляющего уход.

04 Можно ли использовать систему FreeStyle Libre 2 у животных?

Система FreeStyle Libre 2 предназначена только для человека.

05 Можно ли использовать систему FreeStyle Libre 2 для принятия решений о приеме инсулина?

Да. Пациенты могут использовать систему FreeStyle Libre 2 для лучшего понимания влияния различных факторов, например принятия пищи, физической нагрузки, приема инсулина на уровень глюкозы. Пациенты также могут принимать ежедневные решения для контроля диабета, такие как расчет необходимой дозы инсулина, используя систему FreeStyle Libre 2.

Для вашего удобства все вопросы и ответы о системе FreeStyle Libre 2 доступны для скачивания в формате PDF

Скачать

1. Приложение FreeStyle Libre 2 (ФриСтайл Либре2) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle Libre 2 требуется регистрация в LibreView (ЛибреВью).
2. Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle Libre 2 требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству и/или консультироваться с лечащим врачом.
3. Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте www.librelinkup.ru.

® Свидетельство на товарный знак №526789 от 14.11.2014.
© 2025 Эбботт. Сайт официального представителя производителя FreeStyle Libre® в России. Предназначен только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, ОГРН 1077746154859.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ №РЗН 2018/6764 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2018/6764 от 11.12.2020). Товар недоступен в продаже с 01.01.2025.
Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 РУ №РЗН 2022/16406 от 23.11.2023 (выдано взамен РУ №РЗН 2022/16406 от 24.01.2022).
Форма корпуса датчика FreeStyle, Libre и связанные с ними торговые марки являются собственностью компании Abbott. Иные товарные знаки принадлежат другим соответствующим правообладателям. iPhone и App Store являются торговыми марками компании Apple Inc.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 8-800-100-88-07 (ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)